



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 36369

Срок действия до 14 ноября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Системы измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха "С2000-ВТ"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО НВП "Болид", г. Королев, Московская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 41389-09

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

АЦДР.424145.002 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для систем с адресными термогигрометрами исп. 01 и 02; 2 года - для систем с адресными термогигрометрами основного исполнения

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 ноября 2014 г. № 1828

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



..... 2014 г.

Серия СИ

№ 017732